



## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陶长龙
	职称: 高级工程师
	工作单位: 滁州市第一人民医院
专业人员信息	姓名: 张国柱
	职称: 高级工程师
	工作单位: 滁州市第一人民医院设备科
专业人员信息	姓名: 李斌
	职称: 工程师
	工作单位: 滁州市第一人民医院
项目信息	项目名称: 清洗消毒器 WD500 维修维保
	供应商名称: 合肥博达医疗科技有限公司
	供应商地址: 合肥市蜀山区蜀枫路红皖家园 4 幢 104
拟采购的货物或服务的说明	<p>2017 年采购清洗消毒器 2 台, 型号 WD500, 464000 元/台, 均为洁定生产, 在对器械清洗灭菌工作中发挥了重大的作用, 日常处于满负荷工作状态。此 2 台设备的质保早已过期, 故障频发, 现主板有故障无法正常使用, 为满足临床器械清洗需求, 拟对该 2 台设备进行维修, 恢复正常使用, 维保壹年, 保障设备稳定运行, 降低因出现故障、更换配件等造成停机的概率, 为临床提供更好的服务。</p>
专业人员论证意见	<p>合肥博达医疗科技有限公司是洁定在滁州地区唯一原厂售后公司, 只有该公司能合法取得正规的零配件并完成本项目维修维保工作。综上所述, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定, 本项目采用单一来源方式采购, 拟定的唯一供应商为合肥博达医疗科技有限公司。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  陶长龙  张国柱                 </div> <div style="text-align: right;">                     日期: 2024 年 12 月 16 日                 </div> </div>